

PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE
Getinge Assured

Bowie-Dick (Helix) Test 3,5 min
Objednací číslo: 504.052.700

Bowie-Dick – Helix Test 3,5 min ověřuje odsátí vzduchu, pronikání páry, úroveň expozice a dosažení hlubokého vakua nezbytné pro sterilizaci dutých zdravotnických prostředků

Bowie-Dick – Helix Test 3.5 je vhodný pro každodenní monitorování sterilizátorů podle EN 867-5. Test je navržen pro použití v každém sterilizačním cyklu jako nezávislé kontrolní zařízení.

Výkonnostní charakteristika

Getinge Assured Helix Test 3,5 testovací tělísko je opakovaně použitelné zařízení spolu s jednorázovými chemickými indikátorovými proužky.

Indikátorové proužky změní barvu z růžové na černou, pokud jsou vystaveny vhodným podmínkám parní sterilizace. Lepicí indikační proužky lze použít pro vedení záznamů.

Fyzikální charakteristika

- Rozměry indikátoru: D 77 mm x Š 6 mm
- Zátěžové tělísko Helix

Skladování:

Skladujte v originálním balení při teplotě 10-38 °C a relativní vlhkosti 10-60 %
Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti:


24 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

Balení: 1 zátěžové tělísko Helix a 250 indikátorů

Klasifikace dle standardů: Chemický indikátor pára Typ 2, ISO 11140-4, ISO 11140-1

Výrobce:

Getinge AB Lindholmspiren 7 P.O. Box 8861 SE-417 56 Göteborg Sweden +46 (0)10 335 0000

Distributor: **Medicross s.r.o.**
 Chopinova 523/10
Ostrava 702 00

www.medicross.cz